

Kupní smlouva

č. MX05/2016

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Prodávající: MEDIPRAX CB s.r.o.

Sídlo: Husova tř.624/43, 370 05 České Budějovice

IČO: 63886731

DIČ: CZ63886731

Obchodní rejstřík: zapsán v OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 5633

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

Číslo účtu: 712046453/0300

Zastoupen jednatelem Janem Machem

(dále jen "prodávající")

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Sídlo: B.Němcové 1931/6, 370 05 České Budějovice

IČO: 48199931

Zastoupena ředitelem MUDr. Markem Slabým, MBA

(dále jen "kupující")

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu jeden ochranný vak na prevoz infekčního pacienta (dále též jen "zboží"). Specifikace a provedení jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Kupní cena

1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě podle čl. II této smlouvy kupní cenu ve výši 149.000,- Kč bez DPH, tj. 180.290,- Kč včetně DPH (slovy: stoosmdesáttisícdvěstědesátkorunčeských včetně DPH).

2) Kupní cena je ujednána podle nabídkové ceny prodávajícího, která byla kupujícímu předložena v rámci zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce. Kupní cena je nepřekročitelná, nejvýše přípustná po dobu smluvního vztahu a je garantována prodávajícím po celou dobu platnosti Kupní smlouvy.

3) Navýšení ceny je přípustné pouze při změně daňových sazeb, a to jenom ve výši procentuálně shodném s tímto navýšením a po předcházejícím písemném souhlasu zadavatele.

IV. Fakturační a platební podmínky

1) Kupující nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.

2) Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena na základě řádně vystavené faktury za dodávku. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, stanovené účetními a daňovými

předpisy a také název předmětu veřejné zakázky a číslo kupní smlouvy, je-li uvedeno. Faktura bude vystavena do 14 dnů po dodání předmětu plnění, pouze za skutečně provedené dodávky a práce, potvrzené na dodacím listě s náležitostmi uvedenými dále v ujednáních této smlouvy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná.

3) Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, přičemž přílohou faktury bude protokol o převzetí předmětného zboží (dodací list).

4) Platba bude provedena výhradně v Kč.

V. Všeobecné dodací podmínky

1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v předmětu této smlouvy a v souladu s podmínkami této Kupní smlouvy.

2) Zboží dle této smlouvy lze dodat: doručením a převzetím zboží kupujícím v místě plnění. Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího.

3) Prodávající vystaví fakturu a dodací list, jenž bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

- a) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
- b) označení dodacího listu a jeho číslo,
- c) odkaz na kupní smlouvu, příp. odkaz na objednávku a její datum,
- d) datum předání zboží,
- e) podpisovou doložku o převzetí a předání zboží.

4) Dodávku předmětného zboží zajistí prodávající a vykládku předmětu plnění provede řidič vozidla na místo určené oprávněným pracovníkem kupujícího.

5) Prodávající provede předání dodávky do místa dodání oprávněným pracovníkem v pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.

6) Nedílnou součástí dodávky předmětného zboží bude doklad o předání a převzetí zboží (dodací list). Dodací list podepíše oprávněný zástupce obou smluvních stran, kteří budou pověřeni příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním zástupcem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, přičemž podpisem dodacího listu dochází k převzetí a předání zboží. Dodací list musí obsahovat přesné definování zboží/přesný název výrobku.

7) Kupující požaduje dodat zboží odpovídající platným ČSN, atestům a předpisům výrobce v prvotřídní kvalitě.

8) Kontrola kvality a úplnosti předmětné dodávky bude provedena při převzetí. V případě závady, na kterou se vztahuje záruka, veškeré vzniklé náklady hradí dodavatel. Kupující požaduje k jednotlivým dodávkám předmětného zboží vždy dokládat prohlášení o shodě.

VI. Záruka za jakost a právní vady zboží, odpovědnost za vady

1) Odpovědnost za vady zboží, záruka za jeho jakost a právní vady zboží, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodávaného zboží 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, v němž kupující převzal dodané zboží.

2) Prodávající se zavazuje, že v případě dodání vadného zboží a jeho reklamace kupujícím, provede výměnu zboží ve stanovené jakosti a kvalitě na vlastní náklady.

VII. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 1) Kupující se stává vlastníkem zboží dodaného na základě Kupní smlouvy nebo podle příslušné objednávky, jež bude vystavena na základě této smlouvy, jeho potvrzeným převzetím.
- 2) Skutečnost osvědčující přechod vlastnictví tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, je potvrzena podpisem dodacího listu oprávněným (statutárním zástupcem pověřeným) pracovníkem kupujícího.
- 3) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí a předání zboží oprávněnému (statutárním zástupcem pověřenému) zástupci kupujícího.

VIII. Ostatní ujednání

- 1) Změny smlouvy budou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti plnění předmětu smlouvy budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě strany.
- 3) Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění, platným právním řádem ČR a obchodními zvyklostmi.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

V Českých Budějovicích dne 18.7.2016

V Českých Budějovicích dne 19.7.2016


Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Jan Mach
jednatel

MEDIPRAX CB s.r.o. ①
Husova 43
370 05 České Budějovice
Tel./fax: 385 310 382
Tel./fax: 385 310 396



MUDr. Marek Slabý, MBA
ředitel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
JIHOČESKÉHO KRAJE**
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931 ⑩

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Předmět veřejné zakázky: **Ochranný vak na převoz infekčního pacienta.**

Typ vaku: Casualty Bag VBS-93-K-N.

Typ ventilační jednotky: SBV-93.

Typ průtokoměru: Y 630 včetně LCD zobrazovače.

Výrobce: J. Blaschke Wehrtechnik, Rakousko.

Počet: 1 kus.

Nabízený vak splňuje veškeré požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – Ochranný vak na převoz infekčního pacienta“ ze dne 12.5.2016.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

Transportní a ochranný vak na bezpečný transport osob

1. radioaktivně, biologicky či chemicky kontaminovaných a kdy jejich stav ohrožuje okolí,
2. které je naopak třeba chránit před okolím – např. osoby imunosupresivní,
3. v radioaktivně, biologicky či chemicky kontaminovaném prostředí

Vak musí umožnit dva základní provozní režimy filtrované ventilace - režim podtlaku a přetlaku. V režimu podtlaku je filtrován odsávaný vzduch směrem z vaku ven, čímž je účinně zabráněno šíření NBC do okolního prostředí. V režimu přetlaku je filtrován odsávaný vzduch směrem do vaku, čímž je účinně zabráněno kontaminaci z okolního prostředí k pacientovi. Pro potřeby této specifikace se za dekontaminaci/desinfekci považuje užití prostředku s obchodním názvem Persteril 36% a z něj 2% roztok v délce expozice 2 minuty.

NBC vak

- Snadná obsluha.
- Min. teplotní rozsah od -25 st. C do +50 st. C.
- Spoje šité, přelepené a kryté páskou.
- Barva světlá.
- Rychlé a jednoduché uvedení do pohotovostního stavu.
- Integrace filtračně-ventilační jednotky dodávajících dostatečné množství filtrovaného vzduchu tak, aby ne-došlo ke zvýšení koncentrace CO₂ v krvi pacienta.
- Rozměry vaku po složení d x š x v min. 2000 x 500 x 500 mm.
- Vak musí umožnit vložení pacienta na vakuové matraci.
- Vak jako celek musí být resistantní proti NBC.
- Materiál vaku musí být NBC resistantní. Podlaha musí splňovat min. 1000 g/m², samotný obal vaku min. 500 g/m². Konstrukce podlahy a samotného obalu musí umožnit transport pacienta ve vaku i bez vložené vakuové matrace či jiného evakuačního prostředku. Po obvodu podlahy několik zpevněných otvorů pro snadné uchopení obsluhou.
- V případě podtlaku musí vak mít systém zpevnění celého obalu tak, aby nedošlo k nalehnutí na pacienta a tím ke zhoršení jeho komfortu.
- Vak jako celek musí být opakovaně použitelný a opakovaně dekontaminovatelný.
- Vak musí být po obvodu alespoň ze tří stran opatřen zipem, který splní NBC požadavky této specifikace.
- Na vrchní straně víka musí být 3 velká průhledná „okna“ z materiálu, který splní tuto specifikaci. Okna jsou určena pro monitorování stavu pacienta.

- Spolehlivá fixace pacienta uvnitř vaku během transportu i v případě použití vakuové matrace. Při pohledu do otevřeného vaku je hlava pacienta umístěna vpravo.
- Spolehlivá fixace vaku jako celku na nosítka, která jsou používána ve vozidlech ZZS JČK.
- Na každé straně vaku 2 páry integrovaných rukávů s vyměnitelnými rukavicemi UNI velikosti bez rozlišení levá/pravá umožňují provádět základní zákroky během transportu. Přichycení rukavic na rukáv řešit lemem a fixační páskou. Materiál rukavic NBC resistantní s možností dekontaminace. Součástí dodávky bude celkem 8 ks těchto rukavic.
- Na straně levé ruky pacienta umístit 4 vstupní porty pro protažení kabelů EKG, kabelu oximetru, infuzí, patientského okruhu ventilátoru.
- Na straně levé ruky pacienta umístit vstup na fonendoskop. Ten je součástí dodávky.
- 3 a 3 vstupy na filtry u hlavy (závit zvenku) a nohou (oboustranný závit) pro umístění NBC filtrů, závit 40x1/7". Součástí dodávky jsou tři sady širokospektrálních NBC filtrů s protičástečkovou kvalifikací P3.

Filtrační jednotka

- Minimální objemový průtok vzduchu 200 l/min.
- Provozní doba při plně nabitém akumulátoru článku min. 12 hodin, popř. provoz na komerčně dostupné bateriové články.
- Jednotka odolná proti NBC, dekontaminovatelná, opakovaně použitelná.
- Možnost podtlaku x přetlaku.
- Možnost desinfekce jednotky desinfekčními činidly i za chodu.
- Hadice součástí ventilační jednotky NBC odolné, dekontaminovatelné, opakovaně použitelné. Součástí dodávky bude sada záložních hadic.
- Průtokoměr dodávaného vzduchu do vaku součástí dodávky.