



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE

Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, tel. 387 762 115, <http://www.zzsjsk.cz>

PŘÍLOHA Č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje – Přístroj pro nepřímou srdeční masáž

Požadované vlastnosti:

1) Podrobná specifikace:

- Minimální rozměry přístroje
- Transportní váha celého přístroje připraveného k použití do 10 kg, transport přístroje jednou osobou
- Nekomplikovaná a rychlá manipulace s pacientem při použití přístroje
- Možnost použití přístroje během transportu ve vrtulníku a v sanitním voze
- Možnost použití variabilního zdroje energie:
 - napájení z dobíjecí výměnné baterie
 - napájení ze sítě 12 V
 - napájení ze sítě 230 V
 - kompletní příslušenství k provozu
- terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC
- volitelné režimy kompresí
 - režim frekvence kompresí 100/minutu
 - režim sekvence 30 kompresí s pauzou na dva vdechy, před počátkem pauzy spuštěna zvuková signalizace
- pracovní cyklus komprese/dekomprese v poměru 1:1
- možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci
- možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG
- možnost souběžné ventilace pacienta

2) Požadované příslušenství k přístroji:

- 2 kusy dobíjecí baterie (1 kus v přístroji + 1 kus náhradní)
- Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230V
- Napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 12V v sanitním voze i mimo něj
- Přenosná brašna (batož) na transport přístroje i příslušenství
- Manuál k obsluze v českém jazyce